



Baden-Württemberg
REGIERUNGSPRÄSIDIUM TÜBINGEN
MARKTÜBERWACHUNG

Regierungspräsidium Tübingen · Postfach 26 66 · 72016 Tübingen

U-Turn Motors GmbH
Im Neuneck 1
78609 Tübingen

Tübingen 10.06.2020
Marktüberwachung
Baden-Württemberg
Aktenzeichen 113-16/5552.40/2020/1940/022
(Bitte bei Antwort angeben)

BESTÄTIGUNG

gemäß § 9 Absatz 3 der

**Verordnung zur Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit Produkten des
medizinischen Bedarfs bei der durch das Coronavirus SARS-CoV-2 verursachten Epidemie**

(Medizinischer Bedarf Versorgungssicherstellungsverordnung – MedBVSV)

Hiermit wird bestätigt, dass das Produkt

Bezeichnung	KN95
Modell	CH-KN95 CPA
Hersteller	Shanghai Yuking Water Soluble Material Tech Co., Ltd. 5th Floor, No.35, Lane 100 Banxia Rd. Pudong New District Shanghai China
Importeur	U-Turn Motors GmbH Im Neuneck 1 78609 Tübingen

nach Maßgabe des § 9 Absatz 2 MedBVSV zur Versorgung der Bevölkerung mit Produkten des medizinischen Bedarfs für den begrenzten Zeitraum der derzeitigen epidemischen Lage von nationaler Tragweite **zu Zwecken des Infektionsschutzes** bereitgestellt werden kann, ohne die Voraussetzung der Verordnung (EU) 2016/425 über persönliche Schutzausrüstung vollumfänglich zu erfüllen.

In dem Bewertungsverfahren aufgrund eines von der Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik (ZLS) veröffentlichten Prüfgrundsatzes ist durch die Prüfstelle

Prüfstelle	Institut für Arbeitsschutz der DGUV IFA Prüf- und Zertifizierungsstelle Im DGUV Test Alte Heerstraße 111 53757 Sankt Augustin
Prüfungsdatum	03.06.2020
Prüfnummer / Berichtsnummer	202021926/2120
ICSMS PI	GEN200610150333

festgestellt worden, dass das Produkt ein den grundlegenden Anforderungen der VO (EU) 2016/425 vergleichbares Gesundheits- und Sicherheitsniveau bietet (§ 9 Abs.2 MedBVSV). Die Überprüfung des Produktes erfolgte gemäß des Prüfgrundsatz für SARS-Cov-2 Pandemie Atemschutzmasken Rev.1 vom 26.03.2020. Die Anforderungen an die Paraffinöl Filterleistung Prüfpunkt 9.3 werden gemäß Prüfgrundsatz für SARS-Cov-2 Pandemie Atemschutzmasken Rev.1 vom 26.03.2020 nicht erfüllt. In einer ergänzenden Prüfung unter Prüfpunkt 10.3 werden die Anforderungen an die Filterleistung NaCl gemäß des aktuellen Prüfgrund Prüfgrundsatz für Corona SARS-Cov-2 Pandemie Atemschutzmasken Rev. 2 vom 02.06.2020 überprüft und erfüllt.

Das hier erfolgreich bestandene Bewertungsverfahren entspricht jedoch keinem vollständigen nach der VO (EU) 2016/425 erforderlichen Konformitätsbewertungsverfahren. Aus diesem Grund dürfen an diesen Produkten **keine CE-Kennzeichnung** oder andere, irreführende Kennzeichnungen (z.B. FFP oder Verweise auf die DIN EN 149) angebracht werden.


Diese Bestätigung ist in Kopie an alle Käufer bzw. Zwischenhändler bis zum Verwender jeder Abgabereinheit beizufügen.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Bestätigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage beim Verwaltungsgericht Freiburg, Habsburgerstraße 103, 79104 Freiburg im Breisgau eingelegt werden.

Im Auftrag

gez. Schwarz



Bilder: Prüfbericht 202021926/2120 Prüf- und Zertifizierungsstelle Im DGUV Test
Alte Heerstraße 111 53757 Sankt Augustin